

# VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Hankintatoimisto/ OK/te

LISÄTIETOKIRJE

19.2.2019

Tarjouspyyntöön TP206/T3/19 lisätietoja pyytäneet

## POTILASNOSTURIT

Hyvä vastaanottaja,

Tarjouspyyntöön (TP206/19/T3) liittyen on määräaikaan 9.2.2019 klo 14.00 mennessä tullut lisätietopyyntöjä. Lisätietoja käsitellään tämän jälkeen osana tarjouspyyntöä ja mahdolliset tarkennukset tulkitaan jatkossa ensisijaisesti lisätietokirjeen mukaisina.

**Kysymys 1:** Voiko tarjota irtainta vaakaa?

**Vastaus 1:** Erillistä vaakaa ei hyväksytä.

**Kysymys 2:** Tarjouspyynnössä nostomoottorin tehoksi ilmoitetaan 300kg. Voiko tarjota vaihtoehtoisesti samalle kiskolle 2 kpl 270 kg nostinta?

**Vastaus 2:** Tarjouspyynnössä vaaditun 300 kg sijaan 270 kg riittää nostotehoksi, joten yhden 270 kg nostimen sisältävä tarjous on hyväksyttävä. Kaksi nostinta samalle kiskolle sisältävät tarjoukset hylätään.



Outi Kalske  
hankinta- ja logistiikkajohtaja  
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä