

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Hankintatoimisto/ml

LISÄTIETOKIRJE

29.3.2018

Tarjouspyyntöön TP210/18EU lisätietoja pyytäneet

ANGIOGRAFIALAITE

Hyvä vastaanottaja,

Tarjouspyyntöön (TP210/18EU / TED-ilmoitusnumero 2018/S 054-119054) liittyen on määräaikaan 27.3.2018 klo 14.00 mennessä tullut lisätietopyyntöjä. Lisätietoja käsitellään tämän jälkeen osana tarjouspyyntöä ja mahdolliset tarkennukset tulkitaan jatkossa ensisijaisesti lisätietokirjeen mukaisina.

Kysymys 1: Saisimmeko .dwg-muotoisen huonepohjapiirroksen liittyen otsikkokentässä mainittuun tarjouspyyntöön?

Vastaus 1: Tarjouspyynnössä on kerrottu kohdassa 4.2, että tarjoaja voi pyytää pohjakuvan .dwg-tiedostomuodossa viitteellä "TP210/18EU Angiografialaite" osoitteesta materiaalitoimi@tyks.fi

Kysymys 2: Voidaanko hankittavalla laitteistolla hyödyntää nykyisen laitteiston mikrofoni-kaiutinjärjestelmää?

Vastaus 2: Voidaan hyödyntää.

Kysymys 3: Ehdottomat vaatimukset kohta 25: "kosketusnäyttöpaneeli laitteen toimintoja varten". Kysymys: Voidaanko tarjota laitetta, jonka toiminnot esitetään isolla näytöllä kosketusnäytön sijasta?

Vastaus 3: Ei voi tarjota.



Minka Velling
hankinta- ja logistiikkajohtaja ota
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä