

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Hankintatoimisto/ OK/ps

LISÄTIETOKIRJE

25.3.2019

Tarjouspyyntöön TP215/19 lisätietoja pyytäneet

Leikkaustaso

Hyvä vastaanottaja,

Tarjouspyyntöön TP215/19 liittyen on määräaikaan 18.3.2019 klo 14.00 mennessä tullut lisätietopyyntöjä. Lisätietoja käsitellään tämän jälkeen osana tarjouspyyntöä ja mahdolliset tarkennukset tulkitaan jatkossa ensisijaisesti lisätietokirjeen mukaisina.

Kysymys 1: Voidaanko tarjota ratkaisuksi pöytää, jonka pitkittäissäätö suhteessa pöydän jalkaan on 300mm?

Vastaus 1: Ei voi tarjota. Tarjouspyynnön ehdoton vaatimus on, että pitkittäissäätö suhteessa pöydän jalkaan on 350 mm. Vähimmäisvaatimus pitkittäissiirrolle on katsottu siten, että kuvantaminen C-kaarella tai O-kaarella on mahdollista laajalla kuva-alalla huomioiden myös pitkät potilaat.

Kysymys 2: Tarjouspyynnössä vaaditaan että pitkissäissiirto on 350mm. Kysymys hyväksytäänkö pitkittäissiirto, joka on 310mm?

Vastaus 2: Ei hyväksytä. Katso kohta 1.

Kysymys 3: Leikkaustason hyvä liikuteltavuus. Tarkoitatteko autodrive toiminto, jossa on mootorinen vetopyörä leikkaustason alla ja mahdollistaa leikkaustason ohjausta langattomasti omalla ohjaimella?

Vastaus 3: Leikkaustason tulee olla manuaalisesti yhden hengen helposti liikuteltava ja paikalleen lukittava. Kysymyksessä esitetty autodrive toiminto voi olla mahdollinen.

Outi Kalske
hankinta- ja logistiikkajohtaja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä