

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Hankintatoimisto/ OK/ah

LISÄTIETOKIRJE

11.7.2018

Tarjouspyyntöön TP222/18EU lisätietoja pyytäneet

EKG-LAITTEET PUITESOPIMUS, EU, ERVA

Hyvä vastaanottaja,

Tarjouspyyntöön (TP222/18EU / TED-ilmoitusnumero 2017/S 125-284574) liittyen on määräaikaan 9.7.2018 klo 14.00 mennessä tullut lisätietopyyntöjä. Lisätietoja käsitellään tämän jälkeen osana tarjouspyyntöä ja mahdolliset tarkennukset tulkitaan jatkossa ensisijaisesti lisätietokirjeen mukaisina.

Kysymys 1: Montako laitetoimittajaa valitaan lopulliseen puitesopimukseen?

Vastaus 1: Puitesopimukseen valitaan yksi (1) laitetoimittaja.

Kysymys 2: Miten rinnakkaistarjous ja vaihtoehtotarjous eroavat toisistaan?

Vastaus 2: Vaihtoehtoinen tarjous tarkoittaa käytännössä vaihtoehtoista hankinnan toteuttamistapaa. Vaihtoehtoinen tarjous on tarkoituksenmukainen sellaisissa kilpailutuksissa, joissa hankintayksikkö ei tarkalleen tiedä markkinoilla olevia tuotteita ja haluaa antaa tarjoajille mahdollisuuden esittää useita vaihtoehtoja toteuttaa hankinta (esimerkiksi osto tai leasing-rahoitus). Rinnakkaisista tarjouksista on kyse silloin, kun tarjoaja jättää useamman tarjouksen, jotka vastaavat samaa hankintayksikön laatimaa hankinnan kohteen kuvausta. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun tarjoaja edustaa useampaa tuotemerkkiä tai laitetta ja haluaa tarjota useita edustamia tuotemerkkejä tai erilaisia laitteita samaan tarjouspyyntöön/tarjouspyynnön positioon. Lisätietoja vaihtoehtoisista ja rinnakkaisista tarjouksista löytyy alla olevasta linkistä.

<https://www.hankinnat.fi/eu-hankinta/tarjousten-kasittely/vaihtoehtoiset-ja-rinnakkaiset-tarjoukset>

Kysymys 3: Miksi 2B-vaihtoehdon ominaisuuksien arvioinnissa on 15 kytkentää, kun on pyydetty 12-kytkentäinen laite?

Vastaus 3: Positiossa 2B ehdottomana vaatimuksena on 12-kytkentäinen laite. Mikäli positioon 2B tarjoaa kuitenkin 15-kytkentäisen laitteen, tästä saa lisäpisteitä tarjouspyynnössä mainitulla tavalla toiminnallisia ominaisuuksia arvioitaessa.

Kysymys 4: Onko tässä tarjouskilpailussa tarkoitus kilpailuttaa myös kulutustarvikkeet? Mikäli ei, voidaanko käyttää arvioinnissa nykyisiä sopimushintoja?

Vastaus 4: Vertailussa käytettävään hintaan lasketaan mukaan laitteen hinnan lisäksi huolto ja laitteessa tarvittavat kulutustavarat tarjouspyynnön liitteessä 2 mainitulla tavalla. Tarjoajan on siksi ilmoitettava hinnat myös pyydetyille kulutustarvikkeille siten, kuin

liitteessä 2 kerrotaan. Kulutustarvikkeiden hinnat on ilmoitettava siinäkin tapauksessa, että niistä on jo sopimus. Kuten tarjouspyynnön kohdassa "4.4 Hintojen ilmoittaminen" kerrotaan, Tilaajalla on oikeus valita kumman sopimuksen mukaisilla ehdoilla toimitaan loppukauden ajan siinä tapauksessa, että Tilaajalla ja tarjouksen antajalla on jo sopimus ko. tarvikkeista.



Outi Kalske
hankinta- ja logistiikkajohtaja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä