

# VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Hankintatoimisto/MN/sl

LISÄTIETOKIRJE

29.6.2018

Tarjouspyyntöön TP231/18 lisätietoja pyytäneet

## C-KAARI

Hyvä vastaanottaja,

Tarjouspyyntöön (TP231/18) liittyen on määräaikaan 27.6.2017 klo 14.00 mennessä tullut lisätietopyyntöjä. Lisätietoja käsitellään tämän jälkeen osana tarjouspyyntöä ja mahdolliset tarkennukset tulkitaan jatkossa ensisijaisesti lisätietokirjeen mukaisina.

### **Kysymys 1:**

Tarjouspyynnön kohta 4.2 Sähköisesti palautettavan tarjouksen on sisällettävä:

Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen liitteenä mallikuvat tutkimuksista, jotka on kerrottu liitteenä 2 kohdassa "Vertailukuvat".

Tarjouspyynnön liitteessä 2 mainitaan, että "Kuvan laatua arvioidaan laitteen omalla monitorilla sekä mahdollisesti sairaalan omilla laitteilla. Arviointi suoritetaan reiden gamma-naulauksessa, nilkkamurtuman levytyksessä sekä kaularangan implanttileikkauksessa. Referenssikuvia ei tarvita. Arvioitavat ominaisuudet ovat kontrasti, erotuskyky, kohina ja kuvavirheet. Potilaan koko huomioidaan kuvanlaadun arvioinnissa."

Kysymys: Tarkoittaahan tämä sitä, että referenssikuvia ei tarvitse erikseen toimittaa hankintatoimistoon vaan kuvan laatu arvioidaan liitteen 2 mukaisesti?

**Vastaus 1:** Tarjouspyynnöstä voidaan jättää mallikuvien (referenssikuvien) toimittaminen pois. Kuvan laatu arvioidaan koekäytön yhteydessä.

**Kysymys 2:** Kuka on Tilaajan yhteyshenkilö koekäytön sopimista varten?

**Vastaus 2:** Koekäyttöistä voi sopia hankintatoimiston kautta sähköpostitse osoitteella [materiaalitoimi@tyks.fi](mailto:materiaalitoimi@tyks.fi)



Merja Nurminen  
hankinta- ja logistiikkajohtaja, oto  
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä