

# VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Hankintatoimisto/ OK/ il

LISÄTIETOKIRJE

20.6.2018

Tarjouspyyntöön TP35/18EU lisätietoja pyytäneet

## **VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARJOUSPYYNTÖ ENDO- JA LAPAROSKOPIATARVIKKEISTA/ OSA 1 (103)**

Hyvä vastaanottaja,

Tarjouspyyntöön (TP35/18EU/ TED ilmoitusnumero 2018/S 105–239191) liittyen on määräaikaan 12.6.2018 klo 14.00 mennessä tullut lisätietopyyntöjä. Lisätietoja käsitellään tämän jälkeen osana tarjouspyyntöä ja mahdolliset tarkennukset tulkitaan jatkossa ensisijaisesti lisätietokirjeen mukaisina.

**Kysymys 1: Mitkä A02A Klipsinasetin tuotteet teillä on nyt käytössä?**

384880 ENDOSK KLIPSINASETIN KK GASTROPITUUS PYÖRITELTÄVÄ 2,8MM KANAVAAN  
384882 ENDOSK KLIPSINASETIN KK KOLONOPITUUS PYÖRITELTÄVÄ 2,8MM KANAVAAN

**Vastaus 1:** Tällä hetkellä VSSHP erva-alueella on käytössä seuraavat tuotteet:

Nimike 384880: Olympus ref. HX-201LR-135 ja HX-202LR B

Nimike 384882: Olympus ref. HX-201UR-135.A ja HX-202UR.A

**Kysymys 2:** Sähköisesti palautettavan tarjouksen on sisällettävä kuvauksen tuotekoulutuksesta ja tuotetuen toteutuksesta. Onko kuvaukselle mitään tarkempia vaatimuksia, vai onko se vapaamuotoinen?

**Vastaus 2:** Kuvaus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee käydä ilmi millä tavoin tarjouspyynnön kohdassa 4.5 Tuotekoulutus ja tuotetuki mainitut vaatimukset täyttyvät.

**Kysymys 3:** Miksi paineenmittausruiskun monikäyttöinen kahva pitäisi toimittaa veloituksetta sopimuskauden ajaksi?

**Vastaus 3:** Nimikkeen 105675 ENDOSK PAINEENMITTAUSRUISKU 60ML RUISKU PAINEMITTARILLA ehdottomissa vaatimuksissa sanotaan, että mikäli tarjottu tuote vaatii monikäyttöisen kahvan, tarvittavat kahvat tulee toimittaa käyttöön veloituksetta sopimuskauden ajaksi. Monikäyttöiset kahvat tulee toimittaa veloituksetta käyttöön sopimuskauden ajaksi, jotta kokonaan kertakäyttöiset ja monikäyttöisen kahvan vaativat kertakäyttöiset tuotteet olisivat keskenään vertailukelpoisia.

**Kysymys 4:** Makrot eivät toimi järjestelmässämme niin, että ei tarjottava tuotesarja voitaisiin poistaa. Voimmeko jättää tarjouksen taulukon 4 täytettynä siltä osin kuin tuotteita tarjotaan ja jättää muut rivit tyhjiksi?

**Vastaus 4:** Tarjoustaulukosta (liite 4) ei voi poistaa sarjoja tai nimikkeitä, vaan taulukko täytetään vain siltä osin kuin tuotteita tarjotaan. Muilta osin taulukon voi jättää tyhjäksi. Mikäli tarjotaan johonkin tuotesarjaan, tulee tarjota kuitenkin tuotesarjan jokaiseen nimikkeeseen.



Outi Kalske  
hankinta- ja logistiikkajohtaja  
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä