

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Hankintatoimisto/ OK/sl

LISÄTIETOKIRJE

23.5.2018

Tarjouspyyntöön TP226/18EU lisätietoja pyytäneet

MIKROARRAYLAITTEISTO

Hyvä vastaanottaja,

Tarjouspyyntöön (TP226/18EU / TED-ilmoitusnumero 2018/S 086-192975) liittyen on määräaikaan 14.5.2018 klo 14.00 mennessä tullut lisätietopyyntöjä. Lisätietoja käsitellään tämän jälkeen osana tarjouspyyntöä ja mahdolliset tarkennukset tulkitaan jatkossa ensisijaisesti lisätietokirjeen mukaisina.

Kysymys 1: Kysymys huoltopalveluista: 2 vuoden takuajan jälkeen, haluatteko laitteelle huoltosopimuksen joka sisältää pelkän vuosittaisen ylläpitohuollon vai huoltosopimuksen, joka sisältää ylläpitohuollon lisäksi myös vikakorjaukset?

Vastaus 1: Haluamme laitteelle huoltosopimuksen, joka sisältää ylläpitohuollon lisäksi myös vikakorjaukset.

Kysymys 2: Olette esittäneet tarjouksen spesifikaatioissa: Sirutekniikan on perustuttava sekä SNP-koettimille, että ei-polymorfisille CNV-koettimille (SNP+CGH siru). Otatteko huomioon myös ratkaisun, joka ei hyödynnä CGH mutta joka perustuu SNP+CNV siruun?

Vastaus 2: Kyllä, otamme huomioon myös ratkaisun, joka ei hyödynnä CGH mutta perustuu SNP+CNV siruun.

Kysymys 3: Tämä määritelmä: Näytteen läpimenoaika laboratoriossa DNA eristyksestä skannauksen päättymiseen ei saa ylittää kolmea työvuorokautta (3x8 h). Pitääkö sen päteä kaikille mikrosiruille, jotka luetellaan liitteessä 2.0?

Vastaus 3: Näytteen läpimenoaika ei saa ylittää kolmea vuorokautta synnynnäisten (pre- ja postnataali) tutkimusten kohdalla. Läpimenoaika määrittyy kiireellisten tutkimusten vastausaika-ajan kautta. Muiden näytteiden kohdalla läpimenoaika ei saa ylittää neljää työvuorokautta (4x8h).



Outi Kalske

hankinta- ja logistiikkajohtaja

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä