

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Hankintatoimisto/ OK/ps

LISÄTIETOKIRJE

20.6.2019

Tarjouspyyntöön TP226/19EU lisätietoja pyytäneet

SUOJA- JA VETOKAAPIT

Hyvä vastaanottaja,

Tarjouspyyntöön (TP226/19EU / TED-ilmoitusnumero 2019/S 107-260737) liittyen on määräaikaan 12.6.2019 klo 14.00 mennessä tullut lisätietopyyntöjä. Lisätietoja käsitellään tämän jälkeen osana tarjouspyyntöä ja mahdolliset tarkennukset tulkitaan jatkossa ensisijaisesti lisätietokirjeen mukaisina.

Kysymys 1:

Mitä tarkoittaa sähköisen jalustan osalta: Jalustan korkeussäädön suuruus min. 200 mm? Olisiko antaa kuvaa, mitä halutaan: Poistokanavayhteessä kaapin korkeussäädön mahdollistava rakenne (teleskooppiyhde), näkyviin jääviä haitariputkia ei hyväksytä.

Vastaus 1:

Jalustan tulee olla sellainen, että se mahdollistaa vähintään 200mm korkeussäädön kaapille eli kaapin työtason korkeutta voidaan säätää vähintään 200mm korkeussäädettävän jalustan avulla (kaappi on korkeussäätöisen jalustan päällä ja korkeussäätöinen jalusta liikuttaa/ säätää koko kaapin korkeusasemaa).

Teleskooppiyhdestä ei ole kuin laitevalmistajien kuvia ja niitä emme voi antaa. Teleskooppiyhteen tarkoitus on mahdollistaa kaapin korkeussäätö ilmanvaihtoliitännän osalta. Teleskooppiyhde on siis IV-yhde, jonka osat liukuvat sisäkkäin ja mahdollistavat ilmanvaihtoliitännän ylös- alas liikkumisen kaapin ylös- alas liikkumisen mukana.

Kysymys 2:

Kuvaatteko enemmän tätä toivetta: Kaapin takaseinään upotettu 19" monitori. Mitä monitorista pitäisi näkyä?

Vastaus 2:

Monitorissa näytetään kaapin ulkopuolelle sijoittavan tietokoneen kuvaa. **Monitorissa näkyy mahdollisesti lääkkeen laimennusohje tai potilaan lääkemääräys, jonka mukaista lääkelaimennusta ollaan tekemässä.**

Kysymys 3:

Äänitaso, kaiken kokoisille kaapeilleko 52 dB?

Vastaus 3:


Kyllä.

Kysymys 4:

Sytostaatti-kaappi: Kaapin päämitat n. 1300*800*2400 (l*s*k) mm. onko mahdollisuus jos syvyys on 870 mm? Muut mitat täsmäävät.

Vastaus 4:

Sytostaattikaapin syvyysmitaksi hyväksytään 870mm.



Outi Kalske
hankinta- ja logistiikkajohtaja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä