

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Hankintatoimisto/ MN /ah

LISÄTIETOKIRJE

30.5.2018

Tarjouspyyntöön TP227/18 lisätietoja pyytäneet

LIIKUTELTAVA LEIKKAUSPÖYTÄ (2KPL)

Hyvä vastaanottaja,

Tarjouspyyntöön (TP227/18) liittyen on määräaikaan 25.5.2018 klo 14.00 mennessä tullut lisätietopyyntö. Lisätietoja käsitellään tämän jälkeen osana tarjouspyyntöä ja mahdolliset tarkennukset tulkitaan jatkossa ensisijaisesti lisätietokirjeen mukaisina.

Kysymys 1: Tarjouspyynnössä on ehdottomana vaatimuksena mainittu "Sivukallistukset väh. 28 astetta". Tarkoitetaanko tässä yhteenlaskettua kallistuskulmaa ääriasennosta toiseen? Tietojeni mukaan yksikään kotimaan markkinoilla oleva leikkaustaso ei yllä tuohon, mikäli kyse on nollatasosta mitatusta kallistuskulmasta yhteen suuntaan.

Vastaus 1: Tarjouksen pyytäjä muuttaa ehdottoman vaatimuksen seuraavaan muotoon: Sivukallistukset väh. 18 astetta.



Merja Nurminen
hankintakoordinaattori
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä