

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Hankintatoimisto/ml

LISÄTIETOKIRJE

31.10.2019

Tarjouspyyntöön TP239/19 lisätietoja pyytäneet

3D-LAPAROSKOPIATORNI

Hyvä vastaanottaja,

Tarjouspyyntöön (TP239/19) liittyen on määräaikaan 30.10.2019 klo 14.00 mennessä tullut lisätietopyyntöjä. Lisätietoja käsitellään tämän jälkeen osana tarjouspyyntöä ja mahdolliset tarkennukset tulkitaan jatkossa ensisijaisesti lisätietokirjeen mukaisina.

Kysymys 1: Liitteellä 2 "LIITE 2 3D-Laparoskopiatorni" määritellään sulkeissa monitorin koko 32". Oletamme, että koska monitorin koko on sulkeissa annettu, niin se on suuntaa antava. Voimmeko siis tarjota 31" monitoria?

Vastaus 1: Voi tarjota 31" monitoria.



Outi Kalske
hankinta- ja logistiikkajohtaja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä