

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Hankintatoimisto/ OK/er

LISÄTIETOKIRJE

10.9.2018

Tarjouspyyntöön TP24/18EU lisätietoja pyytäneet

OMMELAINEET (005)

Hyvä vastaanottaja,

Tarjouspyyntöön (TP24/18EU / TED-ilmoitusnumero 2018/S 158-361481) liittyen on määräaikaan 4.9.2018 klo 14.00 mennessä tullut lisätietopyyntöjä. Lisätietoja käsitellään tämän jälkeen osana tarjouspyyntöä ja mahdolliset tarkennukset tulkitaan jatkossa ensisijaisesti lisätietokirjeen mukaisina.

Kysymys 1:

Lähetetäänkö esitteet vertailutuotteita vai onko tarpeen myös tarjoushinnasto muista tuotteista?

Vastaus 1:

Esitteet tulee toimittaa vain tarjottavista tuotteista.

Kysymys 2:

Hinta /kri: Mitä lyhenne kri tarkoittaa?

Vastaus 2:

Lyhenne kri tarkoittaa kuorta. Mikäli nimikkeellä on yksikkönä kuori, tulee tarjouksessa ilmoittaa yhden kuoren hinta.

Kysymys 3:

Onko kulutusmääräarviot annettu tusinoina vai kappaleina?

Vastaus 3:

Kunkin pyydetyn nimikkeen kulutusmäärä-arvion perässä lukee mitä yksikköä kulloisessakin nimikkeessä tarkoitetaan. Myös tarjoukset tulee antaa kyseisen yksikön mukaan.

Kysymys 4:

Hinnat pyydetään ilmoittamaan muodossa hinta/tusina. Ilmoitetaanko tarjouksessa 12 yksittäisen langan vai 12 kuoren hinta? Toisinaan yhdessä kuoressa on useampia lankoja.

Vastaus 4:

Hinta tulee antaa aina kyseisen nimikkeen yksikön mukaan. Jos nimikkeen yksikkö on tusina, tulee tarjoukseen laittaa 12 langan hinta.

Mikäli nimikkeessä on pyydetty pak/pkt tulee kyseiseen nimikkeeseen tarjota pakkauksen hinta.

esim.1: tuotesarjassa A02.2 sulamattomat multifilamentit sydänlappäkirurgiaan, tulee nimikkeelle tarjota vähintään 8 lankaa sisältävän paketin hinta.

esim. 2: A08 Muut tuoteperheessä olevalle nimikkeelle 394996 LANKA TERÄS MONO 5 CONVENTIONAL CUTTING tulee tarjota vähintään 4 lankaa sisältävän kuoren hinta.

Kysymys 5:

Kumpi tarjouspyynnöllä ilmoitetuista tarjouksen voimassaoloajoista on oikea? Tarjouspyynnöllä mainitaan 8 kk ja liitteessä 2 se on 12 kk.

Vastaus 5:

Tarjouspyynnön voimassaoloaika on oikea eli 8kk.

Kysymys 6:

Kuinka monta toimittajaa valitaan tuotesarjoille ja yksittäisille nimikkeille?

Vastaus 6:


Nimikkeittäin/tuotesarjoittain tullaan valitsemaan 1- 3 tuotetta. Hankinnassa mukana olevien tahojen asiantuntijat valitsevat sopimuskauden aikana käyttöön valituista tuotteista käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvan tuotteen/tuotteet. Valitut tuotteet/tuotesarjat saattavat tulla eri toimittajilta.

Kysymys 7:

Pitääkö tuotteen 277138 ehdoton vaatimus (sulamis aika yli 220vrk) paikkaansa?

Vastaus 7:

Tuotteen 277138 ehdoton vaatimus 220vrk sulamisajasta on virheellinen. Tarjottavan tuotteen sulamisajan tulisi olla n. 56-70vrk. Ohje tarjoustaulukon täyttämiseen tältä osin: mikäli tarjotun tuotteen sulamis aika on 56 - 70 vrk, tulee nimikkeen ehdottomaan vaatimukseen: sulamis aika yli 220 vrk vastata kyllä.



Outi Kalske

hankinta- ja logistiikkajohtaja

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä